

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI:
UN TOMOGRAFO DA 128 SLICE CON INIETTORE E UN TOMOGRAFO DA 64 SLICE PER L'A.O. SAN
GERARDO DI MONZA**

- CIG Codice Identificativo Gara: 5925353BF8
- Atti: NA002/PA/2014

CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI INTEGRATIVE n. 2

Fermi restando i "chiarimenti ed informazioni integrative" precedentemente pubblicate, si forniscono i seguenti ulteriori elementi:

Quesito n° 2:

"Codesta spett.le stazione appaltante chiede, a pagina 16 del CSA, ultimo capoverso del paragrafo 15, che l'aggiudicatario rimborsi le spese della stessa stazione appaltante sostenute per la pubblicazione di cui al comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs. 163/2006 chiediamo di confermarci che:

- I. La richiesta di rimborso è un refuso ... pertanto,*
- II. l'aggiudicatario non sarà tenuto a rimborsare alcuna spesa di pubblicazione, per gare bandite prima del 1° gennaio 2016, ivi inclusa la presente gara"*

Risposta al quesito n° 2:

Si conferma che il rimborso non è dovuto e pertanto non sarà richiesto.

Quesito n° 3:

"Al paragrafo 2.2 relativo alle "Caratteristiche e specifiche tecniche richieste" per n. 1 Tomografo da 64 slice, sono richiesti i seguenti parametri relativi alle caratteristiche del:

"3. Generatore di alta tensione e tubo radiogeno":

- *Potenza utile non inferiore a 80 KW*
- *Corrente massima non inferiore a 650 mA*

Si richiede cortesemente di chiarire se tali valori siano puramente indicativi e non vincolanti."

Risposta al quesito n° 3:

Si conferma che la potenza indicata non inferiore a 80 kW e la corrente massima indicata non inferiore a 650 mA al paragrafo 2.2 punto "3. Generatore di alta tensione e tubo radiogeno" del Capitolato speciale

sono da intendersi semplicemente indicative. Le differenti soluzioni proposte dalle ditte concorrenti verranno valutate dalla Commissione Giudicatrice in relazione alla loro funzionalità.

Monza, 9 Ottobre 2014

Il Direttore della S.C. di Fisica Sanitaria
e Responsabile Unico del Procedimento
(dottor Andrea Crespi)

