

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI:
UN TOMOGRAFO DA 128 SLICE CON INIETTORE E UN TOMOGRAFO DA 64 SLICE PER L'A.O. SAN
GERARDO DI MONZA**

- CIG Codice Identificativo Gara: 5925353BF8
- Atti: NA002/PA/2014

CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI INTEGRATIVE n. 5

Fermi restando i "chiarimenti ed informazioni integrative" precedentemente pubblicate, si forniscono i seguenti ulteriori elementi:

Quesito n° 11:

"Si chiede di confermare che le attività relative all'introduzione dell'apparecchiatura (smontaggio infissi, apertura passaggio in sala esame, e ripristini) saranno a cura dell'azienda ospedaliera seguendo il percorso indicato nella planimetria ricevuta con chiarimenti dell'8 Ottobre 2014."

Risposta al quesito n° 11:

Si comunica che i varchi disponibili per l'ingresso del gantry avranno dimensione L=240 cm e H=250 cm. Tali varchi saranno disponibili nelle dimensioni suddette in quanto spallette e voltini delle due porte collocate lungo il percorso risultano essere smontabili/rimovibili. Tali spallette e voltini (nonché le relative porte), saranno montate dal costruttore dopo l'ingresso del gantry. Tutte le restanti attività, necessarie all'introduzione ed al trasferimento dell'apparecchiatura sino alla sala esame, saranno a cura dell'aggiudicatario.

Monza, 22 Ottobre 2014

Il Direttore della S.C. di Fisica Sanitaria
e Responsabile Unico del Procedimento
(dottor. Andrea Crespi)

