

OTORINOLARINGOIATRIA MONZA

- **CIG Codice Identificativo Gara: 7930039B31**
- **Atti: 1345/AD/2019**

Ditta Concorrente

**PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.1 CABINA SILENTE PER AUDIOMETRIA DESTINATA ALLA S.C.
OTORINOLARINGOIATRIA MONZA**

Ditta Concorrente	
Dati Generali	
Nome commerciale Apparecchiatura	
Ditta costruttrice	
Data di immissione sul mercato (anno)	
Requisiti richiesti	Caratteristiche offerte
- Pannelli modulari ad elevato isolamento acustico e basso riverbero (verso l'interno della cabina)	
- Struttura portante e pannellatura esterna preferibilmente in alluminio verniciato	
- Facilità di pulizia e di igienizzazione, compatibile con prodotti di pulizia e disinfettanti di uso comune (esclusi solventi)	
- Materiali ignifughi autoestinguenti a bassissima emissione di gas tossici, conformi a quanto prescritto dal Decreto ministeriale 15 Marzo 2015 del Ministero degli Interni "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002"	
- Dimensioni esterne non superiori a m 1,30 x 1,30 altezza massima (compresi eventuali ingombri di ventilazione montati sul top) compatibile con locali di altezza m 2,40	
- Porta a chiusura magnetica con maniglia esterna e maniglia interna antipanico, preferibilmente reversibile (facilmente modificabile anche successivamente alla installazione) passaggio utile di almeno cm 80	

Timbro Ditta Concorrente:

OTORINOLARINGOIATRIA MONZA

pag 2 di 3

- Basamento interno con riduzione delle vibrazioni, finitura antiscivolo con rampa per accesso facilitato	
- Finestra con vetro antisfondamento di dimensioni indicative h 70x l 90 cm	
- Ripiano esterno, dimensioni indicative 100 x 50 cm, per il supporto della strumentazione – con spigoli arrotondati e piano superiore in laminato plastico o similare	
- Alimentazione della cabina 220/240V monofase + terra	
- impianto di ventilazione silenziato e con trappola acustica	
- impianto di illuminazione interna a basso consumo energetico con illuminazione di emergenza	
- Comandi di illuminazione e ventilazione indipendenti	
- n° 2 prese elettriche interne tipo multipasso	
- Dotata di modulo silenziato di passaggio dei collegamenti della strumentazione dotati di n°5 coppie di connettori Jack da 6,3 mm sul lato esterno e 5 coppie sul lato interno della cabina posizionato sotto la finestra e sopra il ripiano	
- Dotata di ganci porta cuffia interni	
- Posizionamento porta e finestra come riportato in tavola grafica allegata	
Capacità di abbattimento acustico <ul style="list-style-type: none"> - 20 dB per 125 Hz - 30 dB per 250 Hz - 35 dB per 500 Hz - 40 dB per 1000 Hz - 40 dB per 2000 Hz - 45 dB per 4000 Hz - 47 dB per 8000 Hz 	

Timbro Ditta Concorrente:

_____, lì _____
(luogo, data)

FIRMA del Legale Rappresentante/Procuratore

(timbro e firma leggibile)

Timbro Ditta Concorrente: